

SIKRING OG HÅNDBTERING AF APPARATUR

STANDARD	<i>Sikring og håndtering af apparatur</i>
FORMÅL	<i>At sikre, at apparatur der anvendes ved levering af sundhedsydelser, til enhver tid fungerer korrekt. At sikre mod brugerfejl og utilsigtede hændelser, der relaterer sig til forkert håndtering af apparatur.</i>
ANVENDELSESOMRÅDE	<i>Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter kender og anvender retningslinjen.</i>

RETNINGSLINIE

TRIN 1	<i>Lederen af Tandplejen er ansvarlig for sikring, håndtering og vedligehold af udstyr og apparater herunder røntgen. Lederen skal have de nødvendige kvalifikationer til at varetage røntgenanlæg og navnet skal skriftligt meddeles Sundhedsstyrelsen.</i> <i>Arbejdet kan og bør uddelegeres og der skal anvendes et skema, der ved brug af medarbejderens initialer og dato viser, hvem der har og hvornår kontrol er udført.</i> <i>Den ansvarlige tandlæge sørger for, at røntgenapparater kun betjenes af personer som er uddannet eller under uddannelse hertil og er instrueret i brugen heraf og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal forebygge fare. Arbejdsgangen skal i enhver henseende være strålehygiejnisk forsvarlig.</i> <i>Lovpligtigt eftersyn udføres med 24 mdr. interval af dental firma med autorisation hertil.</i> <i>Lattergas apparater må kun anvendes af tandlæger. Service udføres med 12 måneders interval af dental firma med autorisation hertil.</i> <i>Kvalitetskontrol af udstyr:</i> <i>• Lyspolymeriseringslampe: Hærdeprøve 1 gang i kvartalet.</i> <i>• Kompressor og sugemotor: Vedligehold 1 gang i kvartalet.</i> <i>• Røntgen: Kontrol af billede og scanner 1 gang om måneden (konstanskontrol). Ridsekontrol på fosforplader 1 gang i kvartalet.</i> <i>Procedure ved svigt af apparatur:</i> <i>• Servicering af apparatur udføres af dentalfirma med autorisation hertil.</i> <i>• Fejllramt apparatur afmærkes med skiltning, at det er defekt og ikke må anvendes. Servicefirma kontaktes.</i> <i>Tilgængelige og forståelige brugsanvisninger:</i> <i>• På hvert kliniksted findes der en arbejdspladsbrugsanvisning hvor brugsanvisningerne på dansk indgår.</i> <i>• Alle nyansatte skal informeres om placeringen af brugsanvisningen.</i>
---------------	---

	<i>Rengøring af udstyr:</i> • <i>Se standard Infektionshygiejne samt procedurer for vedligeholdelse og rengøring af udstyr.</i> • <i>Apparatur i Tandplejen betjenes kun af personer som er uddannet heri eller under uddannelse.</i> <i>Ved erhvervelse af nyt apparatur skal de relevante medarbejdere på kursus til oplæring eller der udføres instruktion på den enkelte klinik.</i> <i>På Tandplejens ortodontiafdeling findes et Ortopan-cephalogram apparat til ekstraorale billeder. Den ansvarlige her skal have været på specialkursus i betjening og servicering af dette apparat.</i> <i>Oplæring af borgere og pårørende i korrekt anvendelse af apparater: er ikke relevant i Tandplejen.</i> <i>Utilsigtede hændelser:</i> <i>Utilsigtede hændelser som følge af apparatursvigt eller ukorrekt anvendelse rapporteres og behandles efter standard Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser.</i>
TRIN 2	Medarbejderne ved tandplejen kender og anvender retningslinjerne.
TRIN 3	Der gennemføres årlig audit på baggrund af rapporterede utilsigtede hændelser vedrørende spørgsmålet: Hvordan er der handlet på de utilsigtede hændelser, og hvordan forebygges gentagelser.
TRIN 4	På baggrund af kvalitetsovervågningen iværksætter ledelsen konkrete tiltag for kvalitetsforbedring jf. standard Kvalitetsforbedring.

Tidsramme for revision: Retningslinjerne er gældende i en 3 årlig periode fra 2015 til 2018.

Ansvarsplacering:

Lederen af tandplejen har ansvar for retningslinjens indhold og den årlige audit finder sted.

Referencer :

- [Bekendtgørelse nr. 209 af 6 / 4 – 199 Om dentalrøntgenanlæg til intraorale optagelser med spændinger til og med 70 kv.](#)
- [Bekendtgørelse nr. 663 af 16/08/1999 om større røntgenanlæg.](#)
- [Konstanskontrol for digitale dentalrøntgenanlæg til intraoralt brug og max 70 kv. April 2010](#)
- [Konstanskontrol for digitale ortopantomografer og cephalostater. Marts 2010](#)