

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 1-7-2023	Version: 3.	Ny revision senest: 1-7-2026

Instruktion til Y-Expansionsplade (Y=udskæringsform på plade)

1. Formål

Sagittal og transversal expansion af maxil samt formindske dybt bid.

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Patienter med X-bid, trangstilling, invertering, dybt bid og/eller som forbehandling til aktivatorbehandling

3. Forudsætninger

- Teoretisk undervisning i måltagning og udlevering
- Sidemandsoplæring under supervision x-antal gange.

4. Fremgangsmåde

Når en specialtandlæge vurderer, at patienten skal tilbydes denne behandling, følges nedenstående:

2 tider á 30 min.

1ste Tid

1. 3D scan OK. Der tages også 3D scan af UK hvis der skal være overdækning. (Se vejledning i aftrykstagning)
2. Sammenbid med 3D scan.
3. Udfyld teknikfelt på 3D scan
4. Tekniktid 10 arbejdsdage

2nd Tid: Aflevering (+Specialtandlæge hvis dette er noteret i jrn)

1. Instruktion i at tage plade af og på med fingre (ej bide på plads)
2. Instruktion i at skrue sagittalet og/eller transversalt som beskrevet i plan / journal. Bed forældre være med HVER gang.
3. Generel information om spisning (uden bøjle), tale og en initial øget spytmængde.
4. Instruktion i rengøring. Rengøres i flydende håndsæbe u/parfume med hård tandbørste eller blød neglebørste.
5. Udlever brochure om aftagelige bøjler og 1 æsker.
6. SKAL bruges 24 timer i døgnet undtagen ved spisning og tandbørstning
7. Læg occlusionspapir og håndstykke med fræser frem (skal slibes ind occl og ved front af specialtandlæge/TPL/KA)
8. Aftal tid til kontrolbesøg med specialtandlæge/TPL ca. 6 uger efter.
9. Derefter hver 6-8 uge.

5. Definitioner på kvalitetsmålinger / kontrolmålinger

Kontrol af expansionsplade:

1. Kontroller mundhygiejne (Plaque, gingivahævelser og initial caries)
2. Kontroller om Y-expansionsplade passer
3. Mål spalte lige foran skrue både transversalt og ved y-delen, og noter dette i journal
4. Spørg til accept og antal timer apparaturet bruges.
5. Evt stramme adamsklammer


6. Ansvar og organisering

- Specialtandlægen har det overordnede ansvar.
- Aftryk varetages af tandplejer / klinikassistent.
- Aflevering varetages af KA / TDPL+ evt. specialtandlæge hvis dette er noteret i journal.
- Kontrolbesøg hos TP / KA og specialtandlæge: Skiftevis eller efter aftale.

7. Referencer, herunder standarder, anden relevant lovgivning

- Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Se forrest i mappen
- Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Se forrest i mappen
- Målepunkter for tandklinikker. Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Se forrest i mappen

8. Bilag/links



Y-expansionsplade uden occlusal overdækning