

UTH

Utilsigtet hændelse

En utilsigtet hændelse er en situation hvor:

- Noget ikke går som forventet
- Hvor en patient er kommet til skade, eller har været i risiko for at blive skadet



Hvordan genkendes en utilsigtet hændelse?

- For at genkende en utilsigtet hændelse er rettesnoren at tænke eller føle at:
- 'Det her må ikke ske igen'.
- 'Det var ikke meningen at det skulle have gået sådan'
- 'Det her kunne være gået bedre',
- 'Det her burde ikke være sket' osv.
- Vi skal lære af den utilsigtede hændelse så det ikke sker igen



Eksempler på en utilsigtet hændelse

- Fx kan det være at der sidder to med samme fornavn i venteværelset og der så sker en forveksling så den forkerte patient kaldes ind.
- Fx skal der ex tænder og bedøvelsen vil ikke virke, så opdages det at holdbarheden på bedøvelsen er overskredet
- Fx skal der laves en behandling med syre, hvor spidsen på syren falder af og derved kommer store mængder syregel i patientens mund
- Et uroligt barn sluger en primær tand i forbindelse med ekstraktion
- Fx hvis patienten falder og brækker armen, fordi man er svimmel efter en operation
- OSV.....

Hvad skal rapporteres ?

- Du skal rapportere de utilsigtede hændelser, som du selv er impliceret i og hændelser, du bliver opmærksom på hos andre.



Snak om den/de utilsigtede hændelser i teamet



- Arbejdsmiljørepræsentanten i teamet har ansvaret for at indberette en UTH
- UTH skal sættes på dagsordenen
- Vi opfordre til at vi i vores team løbende har en dialog ang. UTH

De næste 4 slides viser hvad der sker
med en UTH i vort system

1729743 - Sprøjtespids faldt af

Hændelsessted

Hændelsestidspunkt

Lokation * [?]

Den kommunale tandpleje

Dato [?]

03-07-2020

Dato ukendt/skønnet [?]

Kendt

Stednavn * [?]

Tandplejen

Kl: [?]

14:30

Tidspunkt ukendt/skønnet [?]

Kendt

Patientovergang

Hvis hændelsen blev opdaget et andet sted end hvor den skete, eller flere steder var involveret i hændelsen, så angiv dette ved at trykke "Tilføj"

[?]

Navn	Rolle i hændelsen	Involveret stednavn
Ingen data		

Oplysninger fra rapportør

Genveje

1. Sagens status
2. Om hændelsen
3. Dokumenter og notater
4. Sagsopfølgning
5. Medicin - Udstyr - Stråling
6. Fokusområder
7. Patientoplysninger
8. Sagsafslutning

Resumé

- Originalt resumé
- Nuværende resumé
- Sagsopfølgningsresumé

Mappe

Mappenavn
Ny handlingsplan _52_24
Ny handlingsplan _54_24
Ny handlingsplan _56_51
Ny handlingsplan _59_58
Ny handlingsplan _76_69

Opret handlingsplan | Genåben



1729743 - Sprøjtespids faldt af

1729743 - sprøjtespids faldt af Ingen skade

Hændelsesbeskrivelse * [?]

Ved lakering af nr. 2 tand faldt sprøjtespids af ned i munden på patienten. Den blev med det samme suget op med sug, sådan Tandplejer og klinikass. tydelig kunne høre det. Patienten fik en smule væske ud på tungen som hurtigt blev skyllet væk og efterfølgende blev der skyllet mange gange. Patienten gik hjem uden gener. Efterfølgende kunne sprøjtespiden ikke ses i filter eller slange - blev ikke fundet. Tdl. Mile Kirk blev kontaktet af behandlere og ringede til patienten for røntgen på

Konsekvens af hændelsen * [?]

ingen konsekvens for patienten

Forslag til forebyggelse * [?]

Sørge for at spidsen sidder fast før brug.

Opret handlingsplan | Genåben

Genveje

1. Sagens status
2. Om hændelsen
3. Dokumenter og notater
4. Sagsopfølgning
5. Medicin - Udstyr - Stråling
6. Fokusområder
7. Patientoplysninger
8. Sagsafslutning

Resumé

- Originalt resumé
- Nuværende resumé
- Sagsopfølgningsresumé

Mappe

Mappenavn
Ny handlingsplan _52_24
Ny handlingsplan _54_24
Ny handlingsplan _56_51
Ny handlingsplan _59_58
Ny handlingsplan _76_69

1729743 - Sprøjtespids faldt af

Patienten fik en smule væske ud på tungen som hurtigt blev skyllet væk og efterfølgende blev der skyllet mange gange.
Patienten gik hjem uden gener. Efterfølgende kunne sprøjtespidsen ikke ses i filter eller slange - blev ikke fundet.
Tdl. Milo Kirk blev kontaktet af behandlere og ringede til patienten for røngten på skadestuen.
Røngten viste ingen tegn på fremmedlegme på patienten.

Konsekvens af hændelsen * [?]

ingen konsekvens for patienten

Forslag til forebyggelse * [?]

Sørge for at spidsen sidder fast før brug.

Opret handlingsplan | Genåben

- 1. Sagsstatus
- 2. Om hændelsen
- 3. Dokumenter og notater
- 4. Sagsopfølgning
- 5. Medicin - Udstyr - Stråling
- 6. Fokusområder
- 7. Patientoplysninger
- 8. Sagsafslutning

Resumé

- Originalt resumé
- Nuværende resumé
- Sagsopfølgningsresumé

Mappe

Mappenavn
Ny handlingsplan _52_24
Ny handlingsplan _54_24
Ny handlingsplan _56_51
Ny handlingsplan _59_58
Ny handlingsplan _76_69

Se mere

Sagsstatus

1729743 - Sprøjtespids faldt af

Ved afslutning af sagen anonymiserer systemet automatisk navn og øvrige oplysninger på patient og rapportør.

Inden afslutning af sagen skal du imidlertid sikre dig, at sagens øvrige felter og eventuelle vedhæftede dokumenter ikke indeholder personhenførbare data. Både hvad angår patienten og andre involverede. Sådanne data slettes og erstattes med *****.

Du bedes i nedenstående felt markere, når sagen er anonymiseret.

Sagen inkl. evt. dokumenter er anonymiseret? [?] Ja

Anonymiseret af [?] Lars Høvenhoff Anonymiseringsdato [?] 26-08-2020

Bemærkninger til Styrelsen for Patientsikkerhed [?]

Opret handlingsplan | Genåben

1. Sagsstatus

2. Om hændelsen

3. Dokumenter og notater

4. Sagsopfølgning

5. Medicin - Udstyr - Stråling

6. Fokusområder

7. Patientoplysninger

8. Sagsafslutning

Resumé

Originalt resumé

Nuværende resumé

Sagsopfølgningsresumé

Mappe

Mappenavn

Ny handlingsplan _52_24

Ny handlingsplan _54_24

Ny handlingsplan _56_51

Ny handlingsplan _59_58

Ny handlingsplan _76_69

Se mere

Sagsstatus