

Udarbejdet af: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Revisionsansvarlig: Specialtandlæge Milo Kirk & Tom Kjellerup	Gældende for: Klinikassistenter og tandplejere ved uddelegering
Gældende fra: 22-5-2023	Version: 3.	Ny revision senest: 22-5-2025

Instruktion til RETENTIONSPLADER Hawley / Jensen / Begg

1. Formål

At bevare tændernes position i tandbuen.

2. Målgruppe og anvendelsesområde

Patienter hvor vi ønsker at bibeholde tænderne i deres nuværende position efter endt behandling, f.eks. efter fast apparatur.

3. Forudsætninger

- Teoretisk undervisning i måltagning og udlevering
- Sidemandsoplæring under supervision x-antal gange.

4. Fremgangsmåde

Når en specialtandlæge vurderer, at en patient tilbydes følgende behandling følges nedenstående:

**Aftryk eller 3D Scan tages i forbindelse med seponering af fast apparatur.
Afleveringstid på 15-30 min.**

1. Scan af OK (se evt vejledning)
2. Tekniktid 3 uger

Aflevering:

1. Retentionspladen skal passe og sidde fast – den må ikke vippe.
2. Bruges 24 timer i døgnet de første 2 måneder
3. Forklar grundigt at tænderne er ekstra mobile og hurtigt vil flytte sig hvis vejledning ikke følges nøje.
4. Informer om rengøring med parfumefri flydende sæbe og anvend gerne en blød tandbørste.
5. Informer om spisning, tale og spytmængde forøges kortvarigt
6. Sekvenser for kontroller: 2mdr (24/7), 4mdr(reduktion 7-8t), 6mdr(natbrug), 2-3mdr(hv 2. natd)

5. Definitioner på kvalitetsmålinger / kontrolmålinger

Kvalitetsmåling:

1. Plade vipper ikke.
2. Patienten kan bide fint sammen
3. Ingen gener af adamsklamper eller facialslynge.

Kontrol af retentionsplade:

1. Okklusionsregistrering 6 ± 6 , 3 ± 3 , HOB på 1+ og +1 samt VOB på ± 1 .
2. Spørg til accept og hvornår apparatur bruges, motiver grundigt hvis plan ikke følges.
3. Evt stramme retentionselementer.

4. Det 1. år efter seponering ses pt hver 4. måned skiftevis hos TP / KA og spec. Tdl.
5. Derefter hver 6. måned skiftevis hos TP / KA og spec. Tdl.

Sekvenser for nedtrapning med retentionsplade:

1. Første 4 mdr 24/7
 2. Næste 3 mdr reduktion med 7-8 timrt sv til ingen retentionsplade i skoletiden
 3. Næste 2x6mdr er natbrug
 4. Derefter nedtrapning hv 2 nat i 2-3mdr
 5. Derefter seponer
- Plan følges kun HVIS alt er fint.

6. Ansvar og organisering

Specialtandlægen har det overordnede ansvar.

Scan og aflevering af apparatur varetages af TP / KA og nogen gange spec.tdl.

Kontrolbesøg hos TP / KA og spec. Tdl. Skiftevis.

7. Referencer, herunder standarder, anden relevant lovgivning

- Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer. Se forrest i mappen
- Vejledning om udfærdigelse af instrukser. Se forrest i mappen
- Målepunkter for tandklinikker. Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Se forrest i mappen

8. Bilag/links

Hawley:



Jensen:



Begg:

